



Especificaciones Técnicas
REF: SDS-DAF-CM-2021-0008

Ítems	Descripción	Cantidad	Unidad
1	<p>MASCARILLA KN95 CON FILTRO. NO SUBSANABLE</p> <ul style="list-style-type: none">• MASCARILLAS KN95 CON VÁLVULA.• CERTIFICACION DE APROBACION POR LA FDA. CERTIFICADO NO. JF-FDA-0319-0089, CE.• DISEÑO: CUBRE BOCA Y NARIZ.• CON CINCO (05) CAPAS.• CON TELA NON TEJIDA DE ALTA DENSIDAD, ALTA TRANSPIRABILIDAD, A PRUEBA DE HUMEDAD.• NO TOXICO, NO IRRITANTE.• NANOFILTRACIÓN• APLICACIÓN ANTI POLEN, PM2,5 POLVO, BACTERIAS Y VIRUS.• EFICIENCIA DE FILTRO: 95%.• AJUSTE CEÑIDO.• DISEÑO 3D, LIVIANO QUE FACILITA LA RESPIRACIÓN.• CON SISTEMA DE SUJECCIÓN CONFORMADO POR DOS (02) BANDAS ELÁSTICAS DE ALTO RENDIMIENTO.• CON PUENTE NASAL Y VÁLVULA.• ÁMBITO DE APLICACIÓN: PARA QUE TODO TIPO DE PERSONAL USE PUERTAS EXTERIORES, CUBRIENDO LA BOCA Y LA NARIZ DEL USUARIO. Y MANDÍBULA INFERIOR, PARA PREVENIR LA INFECCIÓN DIRECTA DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS, PARTÍCULAS, ETC. AL PROPORCIONAR UNA CIERTA BARRERA FÍSICA. UTILIZADO PRINCIPALMENTE PARA LLAMADAS DE PERSONAL RELACIONADO, LA PROTECCIÓN DE SUCCIÓN PUEDE FILTRAR GOTITAS Y MICROORGANISMOS EN EL AIRE.• ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO: ESTE PRODUCTO SE COMPONE PRINCIPALMENTE DE TELAS	600	UNDS.

	<p>NO TEJIDAS Y TELAS SOPLADAS POR FUSIÓN. LA PINZA NASAL ESTÁ HECHA DE MATERIAL PLÁSTICO Y EL CINTURÓN DE LA MÁSCARA ESTÁ HECHO DE EAR BELT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • USO: ABRA EL PAQUETE, SAQUE LA MÁSCARA, COLÓQUELA EN LA NARIZ Y LA BOCA, PELLIZQUE SUAVEMENTE EL PUENTE DE LA NARIZ Y HAGA LA BOCA. LA MÁSCARA ESTÁ FIRMEMENTE UNIDA A LA CARA. ÚSELO DENTRO DEL PERÍODO DE VALIDEZ. • ESPECIFICACIONES: RECTÁNGULO. • MÉTODO DE ALMACENAMIENTO: SE ALMACENARÁ EN GAS NO CORROSIVO CON UNA HUMEDAD RELATIVA NO SUPERIOR AL 80% Y VENTILADO. • CONTRAINDICACIONES: NINGUNA. • COLOR: NEGRO COMPLETA. • TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. • MUESTRA 		
2	<p>MASCARILLA QUIRURGICA DESECHABLE 50/1. NO SUBSANABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • MASCARILLAS QUIRÚRGICAS. • CERTIFICACION DE APROBACION POR LA FDA. • DISEÑO: CUBRE BOCA Y NARIZ. • PRESENTACIÓN: CAJAS DE 50/1 CADA UNA. • MATERIAL: TELA NON TEJIDA Y TELA FUNDIDA. • FILTRO DE POLIPROPILENO QUE CONTIENE FLUOROCARBONO DE ALTA EFICIENCIA- BFE: 99% DE EFICIENCIA DE FILTRACIÓN DE BACTERIANA, 95% PARA PARTÍCULAS DE 0.1 MICRAS. • PLANA, PLEGABLE, CON DOS (2) BANDAS ELÁSTICAS DE ALTO RENDIMIENTOS DE 40 CM CADA UNA. • MEDIDAS: 17 CM X 9 CM. • CINTA DE ACERO RECUBIERTA DE POLIETILENO EN BORDE SUPERIOR DE LA MASCARILLA, DE 11.5 CM X 0.5 CM, ENTRE LAS CAPAS DEL RESPALDO, PARA AJUSTARSE AL PUENTE DE LA NARIZ. • TRES (3) CAPAS, CADA CAPA ES DE 25G/25G/25G/ CADA UNA. • DESECHABLES, RESISTENTE A FLUIDOS. • HIPO ALERGÉNICA. • COLOR: AZUL. • TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. • ENTREGAR MUESTRA 	1,300	CAJAS

- ✓ Para participar deben entregar muestras del Ítem. 1 y Ítem. 2, en la Superintendencia de Seguros Av. México No. 54, Gazcue. Los días 26 al 30 de marzo del 2021 en horario de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 3:00 P.M. **NO SUBSANABLE. El oferente que no entregue la muestras será descalificado sin más trámites.**
- ✓ El oferente debe presentar **su propuesta por la totalidad de cada uno de los ítems establecidos**, considerándose como no válidas las ofertas que contengan presentación parcial de los mismo, los cuales quedaran descalificado sin más trámites.
- ✓ **Se adjudicarán los dos ítems a un solo proveedor.**

El Director Administrativo y el perito manifiestan su conformidad a dicha Especificaciones Técnicas para la Adquisición de mascarillas para uso de esta dependencia gubernamental en fecha 23 de marzo del año dos mil veintiuno (2021), siendo las una y treinta de la tarde (1:30 P.M.), y así firman,



Lic. Cesario Santana
Director Administrativo



Dra. Carolin Hernández
Perito

at. -